



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ, MEDICINĂ DE URGENȚĂ ȘI**  
**PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
**SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PANIFICARE STRATEGICĂ**

Nr. înreg. 273 din 10.02.2021

Către,

**TOATE DIRECȚIILE JUDEȚENE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI**  
**A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

În atenția doamnei/domnului Director Executiv

Având în vedere solicitarea din partea Comisiei de medicină școlară, Președinte dr. Daniela Rajka, prin care recomandă promovarea Protocolului de testare rapidă antigen în unitățile de învățământ, în vederea desfășurării, în bune condiții a procesului de testare rapidă antigen în unitățile de învățământ, potrivit dispozițiilor Ordinului comun MEC/MS nr. 3235/93/2021 *pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2*, vă rugăm stimate domnule Director să aveți deosebita amabilitate de a dispune postarea pe site-ul propriu a Protocolului de testare rapidă antigen în unitățile de învățământ și a anexelor 1-3 la acesta.

**Cu mulțumiri anticipate și deosebită stimă,**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
**DR. AMALIA ȘERBAN**

**ȘEF SERVICIU,**  
**DR. COSTIN ILIUȚĂ**

Întocmit M. Dumitrescu

**Subject:** protocol testare

**From:** Rajka Daniela <rajkadani07@yahoo.com>

**Date:** 2/10/2021, 4:18 PM

**To:** Mihaela Dumitrescu <mihaela.dumitrescu@ms.ro>

Buna ziua,

Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de testare rapida antigen in unitatile de invatamant, va rugam sa ne sprijiniti cu postarea pe site si transmiterea catre DSPurile judetene si a Mun. Bucuresti a protocolului de testare si anexelor aferente acestuia.

Cu stima,

Dr. Daniela Rajka,

presedinte Comisie medicina scolara

— Attachments: —

---

Protocol de testare.pdf

1.1 MB

Anexe Şcoli Sigure 7 febr.pdf

843 KB



MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII

# Protocol de testare rapidă, antigen covid-19,

În unitățile de învățământ

februarie 2021

**om  
cu  
om**  
**OPRIM  
PANDEMIA**



# Principii generale

## Testarea cu teste antigen rapide se recomandă:

- **Elevilor simptomatici** a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs
- **Colegilor cazurilor confirmate** din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz
- **Cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare,** simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs, precum și contactilor persoanelor confirmate pozitiv (cadre didactice din cancelarie sau alt personal angajat al instituției cu care acesta a stat în apropiere, la mai puțin de 2 m, fără mască, cel puțin 15 min)

## Utilizarea testelor antigenice rapide:

- Se vor utiliza teste antigenice rapide conform cerințelor pct 10 din Ord. MS 1819/2020.
- Se vor urmări indicațiile producătorului, urmând pașii recomandați în prospectul fiecărui tip de test antigenic rapid utilizat.
- Personalul medical al unității de învățământ va fi informat de către DSP asupra modului de recoltare corectă, a prelucrării și interpretării testului
- Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP, în vederea înregistrării lor în Coronaforms, utilizând formatul de machetă din Anexa 2.

**Testele rapide vor fi puse la dispoziția unităților de învățământ de către DSP-urile județene și a Municipiului București**



**Echipamentul de protecție individuală a personalului medical** care efectuează testarea antigen rapidă este asigurat de angajator și este format din: mască FFP2/chirurgicală, vizieră, mănuși și halat de protecție de unică utilizare.

Personalul medical al unității școlare va fi instruit asupra procedurii de echipare și dezechipare a echipamentului de protecție individuală. Echipamentul de protecție utilizat se va arunca în coșuri de gunoi prevăzute cu capac și pedală, prevăzute cu sac galben. Această procedură va fi încheiată cu dezinfecția corectă a mâinilor.

**Testele folosite** reprezintă deșeuri medicale de tip pericol biologic și vor fi colectate conform legii în vigoare referitoare la colectare, depozitare, transport și eliminare a deșeurilor, respectiv OMS 1226/2012.

**Fiecare unitate de învățământ va identifica un spațiu care va funcționa ca izolator**, cf Ordinului comun 3235/2021, în care se vor asigura: dezinfectant de mâini, dezinfectanți pentru suprafețe agregate, o aerisire optimă, confort termic și coșuri de gunoi cu capac și pedală și saci galbeni pentru colectarea deșeurilor (batiste utilizate, echipament de protecție individuală).



## Atitudinea față de cazul suspect sau pozitiv

### Scenariul I – elev identificat cu temperatura mai mare de 37,3

°C sau cu simptome sugestive COVID-19 (tuse, febră, scurtarea respirației, dureri în gât, coriză, dispnee, astenie, mialgii, cefalee, ageuzie sau disgeuzie sau simptome digestive: vărsături, diaree, greață, fără o altă cauză confirmată)

- Se anunță responsabilul desemnat de unitatea de învățământ și personalul medical al unității de învățământ
- Elevul este îndrumat în încăperea desemnată ca izolator, unde se izolează și este monitorizat.
- Se verifică existența acordului informat al părintelui/ reprezentantului legal al elevului minor, pentru testare rapidă antigen și sunt anunțați părinții/ reprezentanții legali ai elevului
- Dacă există un acord din partea părintelui/reprezentantului legal al elevului minor, sau acordul scris al elevului peste 18 ani, se efectuează testarea pentru COVID -19, utilizând un test antigenic rapid.
- Testarea se efectuează de către asistentul medical, la recomandarea medicului unității de învățământ/al reprezentantului DSP județean, sau de către medicul unității de învățământ, după caz, conform instrucțiunilor din Anexa 3.

### În cazul în care rezultatul testului este:

#### A. Negativ

Medicul sau asistentul medical al unității de învățământ:

- Anunță părinții/ reprezentantul legal al elevului minor.
- Completează pe formularul de testare anexat (Anexa 1) cu maximă acuratețe, toate câmpurile necesare și raportează cazul testat la DSP, pentru a fi introdus în Coronaforms. 1 copie a formularului de testare este transmisă părintelui/ reprezentantului legal.
- Recomandă anunțarea medicului de familie de către părinți/ reprezentantul legal al elevului.



## **B. Pozitiv**

Medicul sau asistentul medical al unității de învățământ:

- Anunță părinții sau reprezentantul legal al elevului minor.
- Recomandă anunțarea medicului de familie de către părinți/ reprezentantul legal al elevului pentru stabilirea conduitei optime.
- Completează pe formularul de testare anexat (Anexa 1) cu maximă acuratețe, toate câmpurile necesare și raportează cazul la DSP, pentru a fi introdus în Coronaforms. 1 copie a formularului de testare este transmisă părintelui/ reprezentantului legal.

**Atitudinea față de colegii cazului pozitiv** (elevii din clasă, elevii din alte clase cu care elevul confirmat a venit în contact direct și profesorul/profesorii care au predat la clasă în ziua confirmării cazului și cu 2 zile anterior confirmării acestuia):

Colegii care au consimțământ semnat, inclusiv cei asimptomatici, se vor testa utilizând teste antigenice rapide, prin deplasarea ordonată, eșalonată, supravegheați de un reprezentant al unității de învățământ, către spațiul alocat testării. De asemenea, vor fi testați și profesorii de la clasă (așa cum au fost definiți mai sus). Excepție de la testare vor face persoanele vaccinate complet și cele care au trecut prin boală și nu au trecut > 90 de zile de la vindecare.

Testarea se efectuează de către asistentul medical, la recomandarea medicului unității de învățământ/al reprezentantului DSP județean, sau de către medicul unității de învățământ, după caz, conform instrucțiunilor din Anexa 3.

## Scenariul II - Cadru didactic care are temperatura >37,3 °C sau simptome sugestive COVID -19

- Cadrul didactic va merge în spațiul alocat testării
- Testarea pentru COVID -19, utilizând un test antigenic rapid, se efectuează de către asistentul medical, la recomandarea medicului unității de învățământ/al reprezentantului DSP județean sau de către medical unității de învățământ, după caz, conform instrucțiunilor din Anexa 3

În cazul în care rezultatul testului este:

### A. Negativ

Medicul sau asistentul medical al unității de învățământ:

- Recomandă cadrului didactic anunțarea și consultarea medicului de familie.
- Recomandă izolare la domiciliu pana la remiterea simptomatologiei.
- Completează pe formularul de testare anexat (Anexa 1) cu maxima acuratete, toate campurile necesare și raporteaza cazul testat la DSP, pentru a fi introdus în Coronaforms.

### B. Pozitiv

Medicul școlar sau medicul responsabil de unitatea școală și /sau asistentul medical școlar:

- Recomandă cadrului didactic anunțarea și consultarea telefonică a medicului de familie.
- Completează pe formularul de testare anexat (Anexa 1) cu maxima acuratete, toate campurile necesare și raporteaza cazul la DSP, pentru a fi introdus in Coronaforms.

**Contactii cazului cadru didactic detectat pozitiv** (cadre didactice din cancelarie sau alt personal angajat al institutiei cu care acesta a stat in apropiere, la mai puțin de 2 m, fara masca, cel puțin 15 min) vor fi testați utilizând teste antigenice rapide în scopul identificării altor eventuale cazuri, prin deplasarea eșalonată a acestora în spațiul alocat testării. Excepție de la testare vor face persoanele vaccinate complet și cele care au trecut prin boală și nu au trecut > 90 de zile de la vindecare.





# Formularul de testare rapidă a cazului suspect de COVID-19

Anexa 1

## Tip investigație solicitată:

deteție SARS-CoV-2 prin test antigenic rapid

Unitatea Școlară: \_\_\_\_\_

Clasa: \_\_\_\_\_

Probă caz suspect COVID-19

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_

Adresa de rezidență: \_\_\_\_\_

Localitate: \_\_\_\_\_ Județul: \_\_\_\_\_

CNP: \_\_\_\_\_ Vârsta: \_\_\_\_\_ ani

Număr telefon mobil: \_\_\_\_\_

Data recoltării probei: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Ora recoltării probei: \_\_ : \_\_

Tipul probei relevate: exudat nazal/exudat faringian

Rezultat: \_\_\_\_\_

Recoltat/Întocmit: \_\_\_\_\_

### Important:

- formularul se va completa **cu majuscule**
- persoana care completează datele în prezentul formular **își asumă corectitudinea** introducerii corecte a datelor.



MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII

# Machetă model pentru raportarea la DSP a rezultatelor testelor rapide antigenice

Anexa 2

Rezultat Rapid pozitiv/ Rapid negativ	Data recoltării	Tip_probă	Proba dispusă	CNP	Nume	Prenume	E-mail	Cod județ	Solicitant probă	Personal medical	Nr. telefon

Macheta va fi completată încărcată în format **.csv** în aplicația Corona Forms.



MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII

# Instrucțiunile de utilizare a testelor rapide AG pentru COVID-19

Anexa 3

## Kitul de testare rapidă conține:

- Instrucțiuni de utilizare
- Casete sterile de testare
- Tampon steril pentru recoltarea exudatului
- Recipient( tub ) de unică utilizare cu picurator și soluție de testare, sau
- Soluție de testare (unii producători livrează recipientii pregătiți cu soluție, alții livrează soluția în recipienti separați)


## Modul de recoltare. Pașii care trebuie urmați:

1. Echiparea personalului care recoltează. Echipamentul de lucru este compus din mască, halat de unică utilizare, viziera (sau ochelari de protecție), mănuși de examinare.
  2. Se desface capacul recipientului de unică utilizare și se așează în suport. Dacă recipientul nu conține soluție de testare se adaugă 10 picături
  3. Se desigilează tamponul steril și se introduce cu grijă în cavitatea nazala până în rinofaringe (betigasul tamponului prezintă de regulă un marcaj). Tamponul se rotește cu blândețe de 1-2 ori și apoi se scoate.
  4. Se introduce tamponul cu proba în recipientul cu soluția de testare și se rotește de 5 ori.
  5. Se atașează picuratorul la tub.
  6. Se desigilează testul și se adaugă 3 picături în zona dedicată (aflată în partea de jos a casetei).
  7. Rezultatul se interpretează după 10-15 minute.
- ATENȚIE: dacă se depășesc 30 de minute, rezultatul poate fi eronat.

## INTERPRETAREA REZULTATULUI:

Corectitudinea recoltării este confirmată prin linia de control C. Dacă această linie nu este evidențiată testul este invalid.

Dacă pe grilă casetei apare evidențiată doar linia de control C, testul este negativ. Rezultatul este pozitiv dacă pe grilă de control sunt evidențiate ambele linii (control C și test T)



MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII